



2021年 全国临床检验室间质量评价报告

单位（实验室）编码： 119122
单位（实验室）名称： 延安大学咸阳医院
计划名称： 脂类
计划编码： NCCL-C-04
质评轮次： 第1次
负责科室： 临床生化室
联系电话： 010-58115059

通信地址： 北京东单大华路一号 国家卫生健康委临床检验中心 室间质评室
邮 编： 100730
联系电话： 010-58115055, 65273025, 58115065
传 真： 010-65273025
电子邮箱： EQA@nccl.org.cn

国家卫生健康委临床检验中心



国家卫生健康委临床检验中心

2021年脂类测定室间质量评价 统计结果

实验室名称: 延安大学咸阳医院
实验室编码: 119122

测定日期: 2021/4/28

第1次

科室: 检验科
统计日期: 2021/5/24

项目: 胆固醇

mmol/L

| 样本编号 | 你室结果 | 靶值 | 偏倚 (%) | 允许范围 | 下限 | 靶值 | 上限 | 评价结果 |
|--------|------|------|--------|-------------|----|----|----|------|
| 202111 | 3.95 | 3.98 | -0.75 | 3.62 - 4.34 | | * | | 通过 |
| 202112 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 6.92 - 8.28 | | * | | 通过 |
| 202113 | 5.09 | 5.16 | -1.36 | 4.70 - 5.62 | | * | | 通过 |
| 202114 | 2.94 | 2.97 | -1.01 | 2.70 - 3.24 | | * | | 通过 |
| 202115 | 6.56 | 6.58 | -0.30 | 5.99 - 7.17 | | * | | 通过 |

所属组 Roche组
本组实验室数 549
方法 胆固醇氧化酶法
仪器 Roche C701/C702/C502
试剂 Roche
校准物 Roche

成绩 100%

项目: 甘油三酯

mmol/L

| 样本编号 | 你室结果 | 靶值 | 偏倚 (%) | 允许范围 | 下限 | 靶值 | 上限 | 评价结果 |
|--------|------|------|--------|-------------|----|----|----|------|
| 202111 | 2.21 | 2.23 | -0.90 | 1.92 - 2.54 | | * | | 通过 |
| 202112 | 5.60 | 5.62 | -0.36 | 4.83 - 6.41 | | * | | 通过 |
| 202113 | 3.40 | 3.43 | -0.87 | 2.95 - 3.91 | | * | | 通过 |
| 202114 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.03 - 1.37 | | * | | 通过 |
| 202115 | 4.73 | 4.78 | -1.05 | 4.11 - 5.45 | | * | | 通过 |

所属组 Roche组
本组实验室数 550
方法 酶法: GPO-POD
仪器 Roche C701/C702/C502
试剂 Roche
校准物 Roche

成绩 100%



国家卫生健康委临床检验中心

2021年脂类测定室间质量评价 统计结果

实验室名称：延安大学咸阳医院
实验室编码：119122

测定日期：2021/4/28

第1次

科室：检验科
统计日期：2021/5/24

项目：高密度脂蛋白胆固醇 mmol/L

| 样本编号 | 你室结果 | 靶值 | 偏倚(%) | 允许范围 | 下限 | 靶值 | 上限 | 评价结果 |
|--------|------|------|-------|-------------|----|----|----|------|
| 202111 | 0.92 | 0.95 | -3.16 | 0.67 - 1.24 | | * | | 通过 |
| 202112 | 1.89 | 1.86 | 1.61 | 1.30 - 2.42 | | * | | 通过 |
| 202113 | 1.25 | 1.24 | 0.81 | 0.87 - 1.61 | | * | | 通过 |
| 202114 | 0.65 | 0.68 | -4.41 | 0.48 - 0.88 | | * | | 通过 |
| 202115 | 1.59 | 1.58 | 0.63 | 1.11 - 2.05 | | * | | 通过 |

所属组 宁波普瑞柏组 成绩 100%
本组实验室数 44
方法 选择性抑制法 (PPD法)
仪器 Roche C701/C702/C502
试剂 宁波普瑞柏
校准物 宁波普瑞柏

项目：低密度脂蛋白胆固醇 mmol/L

| 样本编号 | 你室结果 | 靶值 | 偏倚(%) | 允许范围 | 下限 | 靶值 | 上限 | 评价结果 |
|--------|------|------|-------|-------------|----|----|----|------|
| 202111 | 2.60 | 2.58 | 0.78 | 1.81 - 3.35 | | * | | 通过 |
| 202112 | 4.74 | 4.70 | 0.85 | 3.29 - 6.11 | | * | | 通过 |
| 202113 | 3.34 | 3.33 | 0.30 | 2.33 - 4.33 | | * | | 通过 |
| 202114 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 1.37 - 2.54 | | * | | 通过 |
| 202115 | 4.27 | 4.20 | 1.67 | 2.94 - 5.46 | | * | | 通过 |

所属组 宁波普瑞柏组 成绩 100%
本组实验室数 40
方法 表面活性剂清除法 (SUR法)
仪器 Roche C701/C702/C502
试剂 宁波普瑞柏
校准物 宁波普瑞柏



国家卫生健康委临床检验中心

2021年脂类测定室间质量评价 统计结果

实验室名称: 延安大学咸阳医院
实验室编码: 119122

测定日期: 2021/4/28 第1次

科室: 检验科
统计日期: 2021/5/24

| 项目: 脂蛋白(a) | | mg/L | | | | 下限 | 靶值 | 上限 | 评价结果 |
|------------|------|------|-------|-----------|--|----|----|----|------|
| 样本编号 | 你室结果 | 靶值 | 偏倚(%) | 允许范围 | | | | | |
| 202111 | 132 | 133 | -0.75 | 93 - 173 | | * | | 通过 | |
| 202112 | 253 | 257 | -1.56 | 180 - 334 | | * | | 通过 | |
| 202113 | 180 | 180 | 0.00 | 126 - 234 | | * | | 通过 | |
| 202114 | 101 | 103 | -1.94 | 72 - 134 | | * | | 通过 | |
| 202115 | 224 | 227 | -1.32 | 159 - 295 | | * | | 通过 | |

所属组 宁波普瑞柏组 成绩 100%
 本组实验室数 42
 方法 免疫透射比浊法
 仪器 Roche C701/C702/C502
 试剂 宁波普瑞柏
 校准物 宁波普瑞柏

| 项目: 载脂蛋白 A1 | | g/L | | | | 下限 | 靶值 | 上限 | 评价结果 |
|-------------|-------|-------|--------|---------------|--|----|----|----|------|
| 样本编号 | 你室结果 | 靶值 | 偏倚(%) | 允许范围 | | | | | |
| 202111 | 1.000 | 1.010 | -0.990 | 0.707 - 1.313 | | * | | 通过 | |
| 202112 | 1.920 | 1.943 | -1.184 | 1.360 - 2.526 | | * | | 通过 | |
| 202113 | 1.300 | 1.297 | 0.231 | 0.908 - 1.686 | | * | | 通过 | |
| 202114 | 0.720 | 0.720 | 0.000 | 0.504 - 0.936 | | * | | 通过 | |
| 202115 | 1.600 | 1.611 | -0.683 | 1.128 - 2.094 | | * | | 通过 | |

所属组 Roche组 成绩 100%
 本组实验室数 393
 方法 免疫透射比浊法
 仪器 Roche C701/C702/C502
 试剂 Roche
 校准物 Roche



国家卫生健康委临床检验中心

2021年脂类测定室间质量评价 统计结果

实验室名称：延安大学咸阳医院
实验室编码：119122

测定日期：2021/4/28

第1次

科室：检验科
统计日期：2021/5/24

项目：载脂蛋白 B

g/L

| 样本编号 | 你室结果 | 靶值 | 偏倚(%) | 允许范围 | 下限 | 靶值 | 上限 | 评价结果 |
|--------|-------|-------|--------|---------------|----|----|----|------|
| 202111 | 0.780 | 0.780 | 0.000 | 0.546 - 1.014 | | * | | 通过 |
| 202112 | 1.410 | 1.399 | 0.786 | 0.979 - 1.819 | | * | | 通过 |
| 202113 | 0.980 | 0.986 | -0.609 | 0.690 - 1.282 | | * | | 通过 |
| 202114 | 0.600 | 0.601 | -0.166 | 0.421 - 0.781 | | * | | 通过 |
| 202115 | 1.230 | 1.234 | -0.324 | 0.864 - 1.604 | | * | | 通过 |

所属组 Roche组
本组实验室数 391
方法 免疫透射比浊法
仪器 Roche C701/C702/C502
试剂 Roche
校准物 Roche
总成绩 100 %

成绩 100%

你室主任签字 _____
签字日期 _____



国家卫生健康委临床检验中心

2021年脂类测定室间质量评价 成绩汇总

实验室名称：延安大学咸阳医院
实验室编码：119122

测定日期：2021/4/28 第1次

科室：检验科
统计日期：2021/5/24

| 定量项目 | 2020 年第 1 次 | | 2020 年第 2 次 | | 2021 年第 1 次 | | 当前性能解释 | 累积性能解释 |
|-----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|--------|--------|
| | 及格数 | 总数得分 (%) | 及格数 | 总数得分 (%) | 及格数 | 总数得分 (%) | | |
| 胆固醇 | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 100 | 满意 | |
| 甘油三酯 | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 100 | 满意 | |
| 高密度脂蛋白胆固醇 | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 100 | 满意 | |
| 低密度脂蛋白胆固醇 | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 100 | 满意 | |
| 脂蛋白 (a) | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 100 | 满意 | |
| 载脂蛋白 A1 | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 100 | 满意 | |
| 载脂蛋白 B | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 100 | 满意 | |
| 所有项目汇总 | | | | | | | | |
| 汇总 | 35 | 35 | 35 | 100 | 35 | 100 | 满意 | |