



检定证书

证书编号：XYcz20230012号

送检单位	延安大学咸阳医院有限公司
计量器具名称	医用磁共振成像系统 (MRI)
型号 / 规格	AT000001
出厂编号	1014
制造单位	奥泰医疗系统有限公司
检定依据	JJG (陕) 06-2008 《医用磁共振成像系统 (MRI)》
检定结论	合格

(检定专用章)

批准人 李红梅

核验员 康玉斌

检定员 杨高强

检定日期 2023年03月15日

有效期至 2024年03月14日

计量机构授权证书号：(陕)法计(2018)610110000号
 地址：咸阳市秦皇中路6号
 EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话：029-33213535
 邮编：712000
 传真：029-38163105



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

证书编号: XYcz20230012 号

本次检定所使用的主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
特斯拉计	(0~3.6)T	±(读数的1% + 3个字)	校准字第202203010069号	2023.03.29
磁共振检测模体	/	/	DLj12021-14282	2026.05.30

溯源性: 本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准

检定环境条件:

地点: 延安大学咸阳医院有限公司脑科楼磁共振二室

温度: 20℃ 湿度: 43%RH 其他: ----

检定结果/数据

序号	检定项目	检定结果	技术要求
1	信噪比 (%)	269	≥ 150
2	图像均匀性 (%)	97	≥ 85
3	空间线性 (%)	0.7	≤ 2.0
4	空间分辨力 Lp/cm	4	≥ 4
5	低对比度分辨力	能分辨出 $\Phi 4.0\text{mm}$, 深度为 0.5mm 的圆孔	应能分辨出 $\Phi 6.0\text{mm}$, 深度为 0.75mm 的圆孔
6	层厚偏差	0.3 mm	实际值与标称值之差的绝对值 $\leq 1.0\text{ mm}$
7	纵横比	100%	90%~110%
8	磁场强度误差	1.4%	$\pm 2.0\%$

以下空白

未经本所书面授权, 不得部分复制本证书. 本证书的检定结果仅对所检定器具有效。